



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 86.НЦ.02.000.М.000026.02.25 ОТ 25.02.2025 г.

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение) в ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРАМЕД", согласно приложению

- \* год выпуска - 2020
- \* год ввода в эксплуатацию - 2020
- \* номинальное напряжение - 150 кВ
- \* номинальная сила тока - 350-800 мА
- \* место установки - рентгеновский кабинет, г. Нижневартовск, ул.Северная, д.5/П, стр. 4
- 4) наименование - система маммографическая цифровая МХ с принадлежностями
- \* тип аппарата - стационарный медицинский рентгенодиагностический
- \* производитель - GENORAY CO. LTD, Корея
- \* заводской номер - GMA- 102803-50619
- \* год выпуска - 2020
- \* год ввода в эксплуатацию - 2020
- \* номинальное напряжение - 22-35 кВ
- \* номинальная сила тока - 27 мА
- \* место установки - рентгеновский кабинет, г. Нижневартовск, ул.Северная, д.5/П, стр. 4

**Ограничительные условия:**

- 1) не допускать облучения персонала и населения выше уровней, установленных в Контрольных уровнях и Нормах радиационной безопасности (пункт 3.1.2 НРБ-99/2009, пункты 3.13.9, 3.13.10 ОСПОРБ-99/2010).
- 2) при проведении рентгенологических исследований обязательное использование средств индивидуальной защиты пациентов и персонала.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№0458131